



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (АО "СЕВ.-КАВ.АГП")
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 24.11.310625

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-АКР/10-06-2022/162729811

Действительно до 09.06.2023

Средство измерений Аппаратура геодезическая спутниковая; Trimble R4-3, Trimble R6-4, Trimble R8-4;
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в
TRIMBLE R8-4; Пер. № 57827-14

Федеральном информационном фонде обеспечения единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 5304423995

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

МИ 2408-97 «ГСИ Аппаратура пользователей космических навигационных систем
геодезическая. Методика поверки»

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением
эталонов:

51631-12 Полигон пространственный эталонный Пятигорский ПАГП11 2012 Эталон 3-го

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

разряда Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений. Приказ 2831 от
средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

29.12.2018 г.

при следующих
значениях влияющих
факторов:

температура: +21,0 °C; атм. давление: 712 мм.рт.ст.; отн. влажность: 57%

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-162729811>

Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ:

162729811

Поверитель

Мельникова С.П.

Знак поверки:



.. фамилия, инициалы

Ген. директор
должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись

фамилия, инициалы

Дата поверки

10.06.2022

Средство измерения принадлежит ООО «ЗемГрадЦентр»
наименование юридического, (физического) лица, ИНН

ИНН 0107030953

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
		Полученное	Допустимое
1.	Внешний осмотр	Норма	Соответст.
2.	Опробование	Норма	Соответст.
3.	Метрологические характеристики:		
	- погрешность линейных измерений в режиме «Статика» по результатам измерений эталонных линий, (мм)		
	- в плане	3,1 мм	$\pm (3,0 + 0,1 \times 10^{-6} D)$ мм
	- по высоте.	3,7 мм	$\pm (3,5 + 0,1 \times 10^{-6} D)$ мм

Главный метролог
должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись

Самарченко С. В.
фамилия, инициалы

Поверитель

подпись

Мельникова С.П.
фамилия, инициалы

Протокол поверки № 378 -а / 030604 от « 10 » июня 2022 г.

АО «Сев.-Кав. АГП» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации,
регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310625
357500, г. Пятигорск, проспект Горького, 4, гл. метролог тел. (879-3)36-35-41, факс 97-37-86
Поверочная лаборатория: г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 33, тел. (879-3)39-71-42
E-mail: skagp@bk.ru